



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO Nº 044/2021, REGISTRO DE** **PREÇO Nº 31/2021**

OBJETO: Contratação de Empresas para aquisição de materiais permanentes e de consumo hospitalar para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nas condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e em todos os seus Anexos deste instrumento convocatório.

O Município de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, através da Pregoeira, Sra Neuza Helena Meireles, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **retificação no edital do pregão em referência, atendendo à solicitação da empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme abaixo:**

ONDE SE LÊ:

23	1500	Cx.	Fita de glicemia capilar. cx c/ 50 unidades. -Possibilidade de 2a gota -Identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; -Aviso de vencimento da tira de teste: -Avisa quando a tira de teste está vencida, garantindo resultados precisos. -Confirmação visual -Com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco. -Possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. (Acompanhada de glicosímetros da mesma marca)			
----	------	-----	--	--	--	--

111	2.000	Cx.	Lancetas para teste de glicemia capilar Esterilizadas - Diâmetro da Agulha 28g/0.36mm Sistema de punção de uso único. Profundidade de penetração: 1.5mm. Diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G). Lanceta Trifacetada e siliconada. Sistema estéril através de radiação Gamma. Retração automática da agulha. Peso máximo de 4 g. Tempo de punção: 3 milésimos de segundo. Atende as normas			
-----	-------	-----	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			reguladoras: ISO 13485 e NR32. Capa de esterilidade, corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Caixa com 200 unidades.			
--	--	--	---	--	--	--

143	200	Unid	Termômetro Clínico Digital Rígido Faixa de medição: +32°C a +42°C; Resolução: 0,1°C; Precisão: ± 0,2°C; Dimensões: 126mm x 18,5mm x 10mm; Peso: 9,6g; Alimentação: 01 pilha de 1,5V LR41, tipo botão; Temperatura de Armazenamento / transporte: -20°C a +50°C; Função auto-desligamento: após 10 minutos; Vida útil: 250h ou até 1.000 usos; Instrumento à prova d'água; Registro ANVISA: nº 10343200021; Portaria INMETRO: nº 140 de 31/05/2007; Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Com apresentação da nota fiscal de compra.			
-----	-----	------	---	--	--	--

LEIA-SE:

23	1000	Cx.	- Possibilidade de 2a gota, quando o volume de amostra for insuficiente. - Apresentação de tira em frasco ou individualizada - Em conformidade com a NORMA ISO 15197:2013 - Tempo de leitura até 30 segundos - memória com 200 resultados ou mais - Indicado para uso profissional - Range de leitura de 20 a 600 mg/dl (Acompanhadas de no mínimo 20 glicosímetros da mesma marca).			
----	------	-----	--	--	--	--

111	2.000	Cx.	Lancetas para teste de glicemia capilar Esterilizadas - Diâmetro da Agulha 28g/0.36mm Sistema de punção de			
-----	-------	-----	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			uso único. Profundidade de penetração: máximo 1.5mm. Diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G). Lanceta Trifacetada e siliconada. Sistema estéril através de radiação Gamma. Retração automática da agulha. Peso máximo de 4 g. Tempo de punção: 3 milésimos de segundo. Atende as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. Capa de esterilidade, corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Caixa com 200 unidades.(podendo ser entregue 2 caixas com 100 unidades cada).			
--	--	--	--	--	--	--

143	200	Unid	Termômetro Clínico Digital Rígido Faixa de medição: +32°C a +42°C; Resolução: 0,1°C; Precisão: ± 0,2°C; Dimensões: 126mm x 18,5mm x 10mm; aprox.. Peso: 9,6g; aprox.. Alimentação: 01 pilha de 1,5V LR41, tipo botão; Temperatura de Armazenamento / transporte: -20°C a +50°C; Função auto-desligamento: após 10 minutos; Vida útil: 250h ou até 1.000 usos; Instrumento à prova d'água; Registro ANVISA; Portaria INMETRO: nº 140 de 31/05/2007; Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Com apresentação da nota fiscal de compra.			
-----	-----	------	--	--	--	--

1 - Permanecendo inalteradas as demais cláusulas do edital e seus anexos, sua abertura permanecerá para 28/10/2021 às 08 horas.

São Sebastião do Oeste, 21 de outubro de 2021.

**Neuza Helena Meireles
Pregoeira**